

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**Expedient SCS-2015-342 Instrumental per al Bloc Quirúrgic de l'Hospital
Universitari de Bellvitge**

Grup 1 INSTRUMENTAL GENERAL 459.850

<u>Codi</u> <u>Nomenclator</u>	<u>Descripció</u>	<u>Units.</u>	<u>Preu Unitari</u> <u>(sense IVA)</u>	<u>Tipus</u> <u>IVA</u>	<u>Total</u> <u>(sense IVA)</u>
Lot: INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC					459.850
8140012000	Caixa microinstruments d'oïda	3		21	
8141060100	Caixa de biòpsia microlaríngia	3		21	
8180010620	Caixa bàsica d'urologia (testicle)	3		21	
8180010630	Caixa bàsica d'urologia (penis)	3		21	
8180010900	Set cistoscòpia	3		21	
8180020100	Instrumental per a Toracoscòpia	1		21	
8210013200	Base fina gran	2		21	
8210040100	Set de biòpsia	2		21	
8210062600	Caixa completa de laparotomia I	4		21	
8210062700	Caixa completa de laparotomia II	6		21	
8210070200	Caixa marcapassos	4		21	
8210200100	Caixa d'instrumental Base per a laparoscòpia	4		21	
8210400200	Caixa intern coll	2		21	
8210400300	Caixa de paratiroides	3		21	
8210400400	Caixa amígdals	2		21	
8210500100	Caixa de Cavum	1		21	
8210600100	Caixa de drenatge	3		21	
8210700100	Caixa fístula	4		21	
8210700200	Caixa de neuròlisis	3		21	
8210700300	Caixa de Mis	3		21	
8210800100	Caixa bàsica	5		21	
8210800200	Caixa base mig	4		21	
8210800300	Caixa bàsica complementària	1		21	
8210800400	Caixa micro complementària	2		21	
8220020100	Set de cirurgia de mà	5		21	
8220030100	Set d'amputació	1		21	
8221000100	Base artroscòpia	8		21	
8230030100	Base de legnat uterí	1		21	
8230060100	Equip de laparoscòpia ginecologia	4		21	
8230070100	Caixa mama	4		21	
8230080100	Caixa de cirurgia ginecològica vaginal	2		21	
8230090100	Base histeroscòpia ginecològica	1		21	
8230100400	Caixa maxil-lofacial fòrceps	1		21	
8250010100	Base varius	4		21	
8250014000	Equip simpatectomia	1		21	
8260014000	Instrumental oïda	3		21	
8260040100	Base septoplàstia	3		21	
8260090100	Instrumental cirurgia endoscòpica nasal	2		21	
8270010200	Caixa d'instrumental per a cirurgia oral	3		21	

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Expedient SCS-2015-342 Instrumental per al Bloc Quirúrgic de l'Hospital
Universitari de Bellvitge

				<u>TOTAL LICITACIÓ</u>	459.850,00
Total s/IVA	459.850,00	Tipus d'IVA	21	Total amb IVA	556.418,50
				<u>TOTAL LICITACIÓ AMB IVA</u>	556.418,50

Les especificacions dels articles licitats són les que es detallen a les corresponents fitxes tècniques incorporades al document Annex B, i que formen part del plec de prescripcions tècniques.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

- El present document de condicions tècniques generals
- Relació de productes inclosos a la licitació
- Les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels articles/lots objecte de la licitació
- Condicions de garantia i d'instal·lació
- Condicions de muntatge i plànols (si s'escau)

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part del CatSalut i amb destí al centre/centres detallats en el quadre de característiques del contracte, d'un conjunt d'articles que venen relacionats en el document assenyalat com a **Annex B**.

Els licitadors interessats en participar, podran presentar les seves ofertes de forma individual per als diferents productes licitats, a excepció d'aquells que es troben agrupats en un mateix **Lot**. En aquest darrer cas, només s'admetran les proposicions que licitin a tots els articles agrupats en el lot

Tots els articles ofertats han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

Fitxa tècnica

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos en la licitació es troben definides en els documents anomenats "**Fitxa tècnica**" de cadascun d'ells.

Aquestes fitxes es troben agrupades en un únic arxiu en format Microsoft Office Excel (*.xls), que conté diversos fulls: el primer d'ells, identificat a la pestanya inferior com a **Annex B**, inclou la relació de tots els productes i/o lots objecte de la licitació; els restants fulls d'aquest llibre d'excel, corresponen a les **Fitxes tècniques** de cadascun d'aquests productes, amb el detall dels elements que es valoraran i la seva puntuació màxima, i s'identifiquen mitjançant els corresponents codis¹.

En la fitxa tècnica de cada producte es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofertat, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i que seran objecte de valoració i, si s'escau, aquelles altres dades que cal informar tot i no ser objecte de valoració.

¹ Per tal de facilitar-vos el desplaçament pels diferents fulls, des del full Annex B, quan cliqueu sobre cadascun dels codis dels articles de la columna E d'aquest full, us traslladareu directament a la corresponent fitxa tècnica. Així mateix, des de les fitxes tècniques, si cliqueu la cel·la Anar al full Annex B, tornareu a aquest primer full.

En la columna “**Índex documental**”, i per a cadascuna de les corresponents files, caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofertat així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment ofertats (per exemple: catàleg del producte, pàg. XX del document memòria tècnica, ...).²

Tal i com s'indica en el quadre de característiques del contracte, alguna/es de les característiques tècniques que es detallen, o les condicions de servei tècnic i/o manteniment són d'obligat compliment, i d'altres es consideren millores per a una major garantia del producte. En aquest sentit, en la columna “**És causa d'exclusió**”, es concreta l'obligatorietat o no del seu compliment.

En aquest sentit, en les fitxes tècniques es classifica cada element o informació, en tres tipus diferents, en funció de la seva exigència:

-característiques o prestacions d'obligat compliment (identificades a la columna “**És causa d'exclusió**” amb un *S/*): L'incompliment o la manca d'informació per part del licitador en el sobre B d'una característica així identificada aquest és causa d'exclusió de la licitació.

-característiques o prestacions que es consideren millores per a una major garantia del producte (identificades a la columna “**És causa d'exclusió**” amb un *NO*)

-característiques o prestacions exigides per a les que, per sí soles, l'incompliment no comporta l'exclusió del producte sinó una menor valoració, però que si coincideixen en un article diversos incompliments d'aquestes característiques a partir del nombre que s'especifica a cada fitxa, comportarà l'exclusió de l'article a la licitació (es tracta de les especificacions identificades amb un *S/**).

Justificació del compliment del requeriment o prestació sol·licitada:

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o inadmissió de la proposta, o la no valoració d'aquella prestació.

Juntament amb les fitxes tècniques, s'haurà de presentar la següent documentació:

- **Memòria tècnica** de cadascun dels articles i/o lots oferts, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels productes oferts

² Les cel·les corresponents a l'índex documental estan configurades per ser ampliades automàticament en funció del contingut del text que s'hi introdueixi. Tot i això, recordeu que no és un espai destinat a incloure el contingut de la informació requerida, sinó que és l'índex del contingut de la proposta.

- **Document descriptiu** de les dades de servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles i/o lots oferts, per als productes on així s'indiqui en la seva fitxa tècnica.

Pel que fa a les condicions de garantia, els licitadors podran optar per ampliar el termini de garantia comercial respecte al mínim previst en el quadre de característiques del contracte, expressant-ho únicament en el sobre C, juntament amb l'oferta econòmica, mai en el sobre B, donat que comportaria l'exclusió del producte de la licitació

- **Restant documentació:** condicions de muntatge, instal·lació i altres dels productes, quan així es requereixi en la fitxa tècnica corresponent

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

T1. Condicions de garantia, reposició i formació

DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

El termini de garantia de l'equip comptarà a partir de la data de posada en funcionament de l'Hospital, prèvia acceptació per part de l'HUB

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclouen els següents punts:

- 1-La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i funcionament).
- 2-La reparació, o a petició de l'HUB, la substitució de les parts defectuoses serà a càrrec de l'adjudicatari.
- 3-Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
Dins de l'oferta tècnica cal incloure detalladament les actuacions i el nombre del contracte de manteniment preventiu.
- 4-Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
 - Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
 - Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
 - Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d'assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigít 95%.
 - Temps de resposta, màxim 24 hores presència física
 - Temps de resolució de l'avaría 72 hores.

REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de **deu** anys llevat que es digui el contrari en la fitxa tècnica corresponent.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i/o castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.

FORMACIÓ

El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial i de manteniment del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient. L'horari de formació el proposarà l'HUB. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

El termini de garantia ofert ha de figurar exclusivament en el sobre 3 de documentació (annex C). La inclusió d'aquesta informació en la documentació del sobre 2 comportarà la desestimació de l'oferta.

T1. Condicions de garantia, reposició i formació

Cal incloure a l'oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d'aquest.

Cal incloure a l'oferta un Pla de formació de manteniment de l'instrumental

L'adjudicatari haurà de lliurar al Centre com a mínim la següent documentació:

- 1 manual d'instrucció de manteniment que ha de contenir els següents punts:
- Instruccions de manteniment preventiu, amb esment particular de les instruccions per a la neteja preventiva (compromís revisió anual).
- Instruccions de manteniment correctiu, que ha d'incloure una relació d'incidències més usuals i llur solució.
- L'adjudicatari lliurarà al Centre la documentació necessària per a una correcta esterilització de tot l'instrumental per tal de garantir la seva durada.

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.